

INTERESSADOS

augusto_24033 - AUGUSTO MANOEL DE CARVALHO FARIAS
monique_27261 - MONIQUE QUEIROZ DE SOUZA

Item 10 **Bomba à Vácuo**

Analisando a descrição das características da Bomba à Vácuo, marca Schuster modelo Sucatron Pratic, cotada pela empresa REDNOV Ferramentas Ltda, constatamos que ela **está de acordo com as especificações** constantes no nosso pedido

Item 12 **Compressor Odontológico**

Analisando a descrição das características do compressor, marca Motomil, cotado pela empresa REDNOV Ferramentas Ltda, constatamos que o nível de ruído é de 82dB, portanto, **não corresponde às especificações** constantes no nosso pedido. Esse fator é fundamental para evitar riscos físicos à saúde auditiva do cirurgião dentista e auxiliar. O equipamento também é maior do que especificamos, 50 litros e a voltagem é 220 volts, características que também fogem do especificado.