

INTERESSADOS

augusto_24033 - AUGUSTO MANOEL DE CARVALHO FARIAS
monique_27261 - MONIQUE QUEIROZ DE SOUZA

Item 2 **Mocho sela**

Analisando a descrição das características do mocho Ortho Pauher, modelo Estek, cotado pela empresa FV Naylor's, identificamos que ele possui a base em aço cromado, com pintura epóxi, portanto, **não corresponde às especificações** constantes no nosso pedido, onde solicitamos que a base fosse em alumínio polido, por ser uma estrutura mais leve e não susceptível à oxidação. A resistência à oxidação é um fator muito importante pois a desinfecção do piso é feita com hipoclorito de sódio, que é um material que provoca oxidação.

Item 7 **Chave torque**

Analisando a descrição das características da chave torque, modelo HP, cotado pela empresa FV Naylor's, constatamos que ele não atende a todas as marcas de aparelhos de ultrassom, apenas às marcas Schuster e Gnatus, portanto, **não corresponde às especificações** constantes no nosso pedido, onde solicitamos que fosse compatível com aparelhos de diversas marcas, inclusive da marca Dabi Atlante que é o que temos atualmente aqui na Seção de Odontologia

Item 8 **Saca brocas**

Analisando a descrição das características do saca brocas, marca CPK, cotado pela empresa FV Naylor's, constatamos que ela **está de acordo com as especificações** constantes no nosso pedido

Item 13 **Fotopolimerizador**

Analisando a descrição das características do aparelho fotopolimerizador, marca CPK, cotado pela empresa FV Naylor's, constatamos que ele **está de acordo com as especificações** constantes no nosso pedido