

PROAD 3893/2023

INTERESSADOS

augusto_24033 - AUGUSTO MANOEL DE CARVALHO FARIAS
monique_27261 - MONIQUE QUEIROZ DE SOUZA

Item 3 **Autoclave**

Analisando a descrição das características da autoclave, marca Digitale, modelo 2.1, cotada pela empresa BS Equipamentos, constatamos que ela não possui válvula com abertura automática caso a pressão ultrapasse o valor de segurança nem sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado, portanto, **não corresponde às especificações** constantes no nosso pedido. Esses são itens de segurança e, portanto, devem ser priorizados, juntamente com a eficácia da esterilização.