

INTERESSADOS

augusto_24033 - AUGUSTO MANOEL DE CARVALHO FARIAS
monique_27261 - MONIQUE QUEIROZ DE SOUZA

Item 4 **Aparelho para profilaxia**

Analisando a descrição das características do aparelho para profilaxia, marca Kondentech, modelo Scaler Jet Pump Led, cotado pela empresa Pietra Odonto, constatamos que ele não possui bomba peristáltica com regulagem de fluxo de água nem ponta de bicarbonato removível e autoclavável, portanto, **não corresponde às especificações** constantes no nosso pedido. Ambos os itens são importantes para reduzir a contaminação no procedimento de profilaxia pois o primeiro impede o contrafluxo de fluidos no aparelho e o segundo permite que a ponta, por ser removível, seja esterilizada. Portanto, são itens que melhoram a biossegurança nos atendimentos odontológicos.