

PROAD 3893/2023

INTERESSADOS

augusto_24033 - AUGUSTO MANOEL DE CARVALHO FARIAS
monique_27261 - MONIQUE QUEIROZ DE SOUZA

Item 3 Autoclave

Analisando a descrição das características da autoclave, marca ALT, modelo 2.1, cotada pela empresa RGLMed, constatamos que ela é feita de aço carbono e não aço inoxidável, conforme especificação. É um material muito menos resistente à ferrugem e à corrosão. Além disso, não possui válvula com abertura automática caso a pressão ultrapasse o valor de segurança, portanto, **não corresponde às especificações constantes no nosso pedido**. Esse é um item de segurança e deve ser priorizado, juntamente com a eficácia da esterilização.

