

PROAD 3893/2023

INTERESSADOS

augusto_24033 - AUGUSTO MANOEL DE CARVALHO FARIAS
monique_27261 - MONIQUE QUEIROZ DE SOUZA

Item 4 Aparelho para profilaxia

Analisando a descrição das características do aparelho para profilaxia, modelo Prime Pump, marca Dentemed, cotado pela empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, constatamos que ele não possui ponta de bicarbonato removível e autoclavável nem reservatório de água removível portanto, não corresponde às especificações constantes no nosso pedido. Ambos os itens são importantes para reduzir a contaminação no procedimento de profilaxia, pois o primeiro permite que a ponta, por ser removível, seja esterilizada e o segundo facilita a desinfecção do reservatório e conseqüentemente, reduz a possibilidade de impurezas na água utilizada. Portanto, são itens que melhoram a biossegurança nos atendimentos odontológicos.

