

INTERESSADOS

augusto\_24033 - AUGUSTO MANOEL DE CARVALHO FARIAS  
monique\_27261 - MONIQUE QUEIROZ DE SOUZA

#### **Item 4 Aparelho para profilaxia**

Analisando a descrição das características do aparelho para profilaxia, modelo Sonic Prime Plus, marca Ecel, cotado pela empresa Rosana Rosado LTDA, constatamos que ele não possui ponta de bicarbonato removível e autoclavável, portanto, não corresponde às especificações constantes no nosso pedido. Esse item é importante para reduzir a contaminação no procedimento de profilaxia, pois permite que a ponta, por ser removível, seja esterilizada, melhorando a biossegurança nos atendimentos odontológicos.