

PROAD 3893/2023

INTERESSADOS

augusto_24033 - AUGUSTO MANOEL DE CARVALHO FARIAS
monique_27261 - MONIQUE QUEIROZ DE SOUZA

Conforme solicitado no despacho CLC (doc.n.108 deste PROAD), informamos que os equipamentos apresentados na proposta do licitante Festmed Comércio e Exportação LTDA, estão em **DESACORDO** com as seguintes especificações técnicas do Edital, objeto do pregão eletrônico 023/2023, no que se refere ao item 1.2.1 (item 14-Desfibrilador Externo Automático):

- 1) Deve possuir comandos visuais e de áudio que auxiliem em tempo real o socorrista em relação ao ritmo e profundidade das compressões cardíacas, mesmo para as vítimas que não necessitem de desfibrilação;
- 2) 01 bateria ou conjunto de baterias com capacidade mínima de 290 choques;
- 3) Os eletrodos devem ser tipo multifuncional e mostrar a profundidade e a frequência das compressões torácicas;

Em 16/11/2023

Fernanda Mota Ramos

Coordenadoria de Saúde

