

Data e hora da consulta: 19/04/2024 14:08

Usuário: ***.647.45
Impressão Comp

AUGUSTO AVILA MIRANDA
19/04/2024 14:11

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80007	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.839.639/0001-90	RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE ED. MINISTRO CARLOS C.	40050-000
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(71)3319-7516/7043/7607

Ano	Tipo	Número
2024	NE	640

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168013	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/04/2024	Ordinário	166/2024	-	3.734,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	83065-180
Endereço	CEP	
TAVARES DE LYRA 3440 BRCAO 01 INA	83065-180	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	4132428000, 41324280000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

Aquisição de equipamentos odontológicos (que não puderam ser adquiridos através do Proad 3893/23) - proad 166/2024 - SVA

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2024 13:50:58	Alteração

Data e hora da consulta: 19/04/2024 14:08

Usuário: ***.647.495-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.734,34

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Compressor de ar odontológico, capacidade 40 litros. Características: Manômetro para pressão do reservatório; Manômetro para pressão de saída; Regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água; Registro para controle da vazão; Registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório. Nível de ruído máximo: 65 dB. Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. Tensão 127v. Marcas Dabi Atlante, Gnatus ou equivalente	3.734,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	1,00000	3.734,3400	3.734,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KARINA MUNIZ MACHADO

***.940.375-**

19/04/2024 13:50:58

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO MARINHO DOS SANTOS

***.281.575-**

19/04/2024 09:11:48