

PROAD 6050/2020

INTERESSADOS

SVA - COORDENADORIA DE SAUDE
marcia_27113 - MARCIA BANDEIRA LERNER
fernanda_71520 - FERNANDA MOTA RAMOS



Em atenção ao solicitado no documento n. 53 deste PROAD, emitimos nosso parecer, considerando os aspectos técnicos relativos às especificações contidas nas propostas apresentadas no pregão eletrônico objeto deste PROAD, em correspondência à descrição de especificações técnicas e quantitativas solicitadas no Termo de Referência (TR) pela Coordenadoria de Saúde (unidade requisitante):

Item 2 (oxímetro de pulso portátil): O equipamento, da marca e modelo apresentados, possui registro válido na ANVISA e está de acordo com o solicitado no TR;

Item 3 (protetor facial profissional): Difere do que foi exigido no TR: não apresenta o certificado de aprovação (CA) para Equipamento de Proteção Individual. Em desacordo com o solicitado no item 2 do TR (especificações técnicas)

Em 11/09/20

Fernanda Mota Ramos

Chefe da Seção de Promoção à Saúde