

INTERESSADOS

SVA - COORDENADORIA DE SAUDE
marcia_27113 - MARCIA BANDEIRA LERNER
fernanda_71520 - FERNANDA MOTA RAMOS



Em atenção ao solicitado no documento n. 45 deste PROAD, emitimos nosso parecer, considerando os aspectos técnicos relativos às especificações contidas nas propostas apresentadas no pregão eletrônico objeto deste PROAD, em correspondência à descrição de especificações técnicas e quantitativas solicitadas no Termo de Referência (TR) pela Coordenadoria de Saúde (unidade requisitante):

Item 1 (Termômetro Digital Infravermelho): O equipamento apresentado pela empresa New Power Brasil, “Termômetro Digital Infravermelho HI8US” modelo HG01, está de acordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (TR);

Item 2 (Oxímetro de pulso portátil): Não foi possível identificar se já se possui ou possuiu registro na ANVISA. Em desacordo com o item 6.4 do TR;

Item 3 (Protetor Facial Profissional): A oferta apresentada pela empresa “Comercial São José” difere do que foi exigido no TR: não apresenta o certificado de aprovação (CA) para Equipamento de Proteção Individual. Em desacordo com o solicitado no item 2 do TR (especificações técnicas).

Em 10/09/20

Fernanda Mota Ramos

Chefe da Seção da Promoção à Saúde