

PROAD 2368/2021

INTERESSADOS

SVA - COORDENADORIA DE SAUDE
marcia_27113 - MARCIA BANDEIRA LERNER

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21

CERTIDÃO

Certifico que o EPI Respirador tipo PFF2, sem válvula de exalação, possui Certificado de Aprovação (CA) de Nº 44.786 válido, **contudo não se constata documento de órgão da ANVISA**, relativa à proposta técnica da empresa FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL, **que comprove que o referido EPI possui algum registro ou certificação válido da ANVISA** – um dos requisitos de especificação do EPI, relacionado no item 2 do Termo de Referência (documento 13 do Proad 2368/2021).

Em 05/04/2021,

Herik Guilherme A. da Silva

Analista Judiciário, Apoio especializado, Engenharia de Segurança do Trabalho

SESMT /Coordenadoria de Saúde /TRT da 5ª Região