

PROAD 13278/2021

Pregão Eletrônico 025/2021

Aquisição de equipamentos e periféricos para adaptação dos consultórios odontológicos nas dependências do TRT da 5ª Região

Após análise segue parecer do setor técnico em relação às documentações relativas à proposta técnica com as especificações do objeto, apresentadas pela empresa D BERLATO & CIA LTDA CNPJ: 12.630.233/0001-57 (Docs. 39 e 40) arrematante do Pregão em epígrafe.

Item 1- Bomba à Vácuo: Na proposta comercial enviada pela empresa (doc. 40), está especificado o equipamento da marca GG, cujo nível de ruído é acima do contido nas especificações do edital.

Item 2- Kit de bomba à vácuo. Na proposta comercial enviada pela empresa (doc. 40), está especificado a marca do suctor (SCHUSTER), porém não especifica se possui filtro, como exigido no edital.

Portanto, o equipamento do item 1 da empresa D BERLATO & CIA LTDA CNPJ: 12.630.233/0001-57 não atende às nossas necessidades e do item 2 não fica claro.

Informo que nenhum modelo de bomba à vácuo (item 1) da marca GG atende às especificações do edital, quanto ao nível de ruído.

Salvador, 24/09/2021

Lyla Prates de Andrade

Analista-Jud - Área Odontologia

Seção de Promoção de Saúde