

PROAD 13278/2021

INTERESSADOS

marcia\_27113 - MARCIA BANDEIRA LERNER  
nivaldo\_65058 - NIVALDO SOUZA MAGNAVITA FILHO  
fernanda\_71520 - FERNANDA MOTA RAMOS  
lyla\_72976 - LYLA PRATES DE ANDRADE  
SSD - SECAO DE PROMOCAO DA SAUDE

PROAD 13278/2021 Pregão Eletrônico 025/2021

Em cumprimento ao Despacho de Encaminhamento CML (Doc 47) e após análise da documentação encaminhada pela empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI CNPJ 26.499.522/0001-73 (Doc. 45), 3ª arrematante do grupo 1 do Pregão, dispomos a seguir o Parecer da Coordenadoria de Saúde no que se refere às características do produto face às exigências do Edital.

Trata-se a análise dos itens 1 e 2 do **lote 1**, respectivamente:

1. Bomba à vácuo indicada para aspiração de alta potência de resíduos líquidos e sólidos em procedimentos odontológicos. Tensão 127V/220V 60Hz, Vazão de ar máxima: 150L/min, Motor (potência): 1/3 CV, Vácuo máximo: 330 mmHg/12,92 inHg, Nível de ruído máximo: 59 dB;
2. Kit para Bomba à Vácuo com sistema com um suctor removível que permite o encaixe da ponta, com filtro e que possa ser acoplado em colunas de refletores ou cantos de armários.

As especificações apresentadas pela empresa para o item 1 são as seguintes:

Tensão: Bivolt (127/220V) Corrente: 8,3A (127V) / 3,5A (220V) Frequência: 60Hz Motor: 1/3 HP Protetor térmico: Abertura em 130°C Rotação: 1.755 RPM Comando: 12 VDC Vácuo máximo: 330 mmHg Vazão máxima: 150 L/min Consumo de água: 0,3 L/min Ruído: 54 dB(A) 1m Peso líquido: 13 kg Peso bruto: 16,6 kg Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm.

As especificações apresentadas pela empresa para o item 2 são as seguintes:

1 suctor de 6mm com filtro que pode ser acoplado em coluna de refletores, armários ou paredes

Assim, após análise da documentação (Doc 45), verificamos que os produtos apresentados atendem plenamente as exigências do Edital no que se refere às características técnicas pretendidas pela unidade demandante.

Em 29/09/2021

José Antonio de Freitas Sestelo

Analista Judiciário Apoio Técnico Especializado Odontologia

Coordenadoria de Saúde